RADIOMETER LIVE Customer care program

ABL90 Flex

Support de formation – Analyse en mode seringue

À partir de la version logiciel 3.1XX - Peut être librement reproduit à condition de citer la source - Données pouvant être modifiées sans préavis

Placer votre seringue *Safe*Pico sur le mélangeur échantillon.

Entrer votre Code d'Accès

(le clavier alpha-numérique est activé en appuyant sur la touche Clavier)

Vérifier :
- l'automate est **Prêt**
- la **disponibilité** des paramètres ➔ VERT = OK

Pré-enregistrer l'échantillon en scannant le code barre présent sur votre échantillon (N° de travail ou ID Patient)

Lever le site d'introduction en position « ***seringue*** ».

Sélectionner le profil d'analyse désiré.

Tenez la seringue par le corps.

Placer le lueur de la seringue contre le joint d'introduction.

Pousser la seringue vers le haut :

l'aspiration est automatique.

Lorsque le voyant lumineux passe à l'***orange***,

retirer la seringue puis

fermer le site d'introduction.

Renseigner l'identification du patient.

Les résultats apparaissent sur l'***écran***,

sont ***imprimés*** et

transmis à l'informatique automatiquement.

Rédigé par : J. MORAINVILLE
Validé par : T. GUILLOU
Approuvé par : M. VALENTIN

RADIOMETER S.A.S. – Z.A. La Fontaine du Vaisseau – 8, rue Edmond Michelet – 93360 Neuilly Plaisance
v2 du 31/07/14 Téléphone : 01.49.44.35.50 – Courriel : centredeformation@radiometer.fr